




政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	申请单位 淇县人民医院
拟采购产品名称	生化酸液、生化碱液、系统清洗液 IM cleaner、电解质校准液 A、电解质校准液 B、生化灯泡冷却液、清洗液、生化洗针液 1、生化洗针液 2、试剂探针清洗液 2、试剂探针清洗液 4、水溶添加剂、样本稀释液、清洗液
拟采购产品金额	889173.61 元
采购项目所属项目名称	淇县人民医院检验科急诊化验室、生化室耗材、试剂采购项目
采购项目所属项目金额	1100000 元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取； <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取的； <input type="checkbox"/> 3. 在中国境外使用而进行采购的； <input checked="" type="checkbox"/> 4. 中国境内有同类产品但无法满足实质需求的； <input type="checkbox"/> 5. 其他。	
专家论证意见	淇县人民医院于2021年通过捐赠形成获得西门子 Atellica ₆ 全自动生化免疫分析系统，做为该系统的配套试剂（见采购清单1~4号），进口产品具有国产无法满足的现状，国产产品对西门子系统的配套性无法完全满足使用需求。 综上所述建议采购进口产品以完全匹配。 专家签字： 
2025年12月22日	

注:1.本表应组织 5 人以上单数专家手工填写,其中必须包含 1 名法律专家;
 2.本表应一人一表填写,备案时需将扫描件在“电子化采购系统”上传;
 3.本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。