

河南省残疾人康复服务中心（河南省康复中心医院）

7 岁以上残疾人辅助器具适配项目

验收报告

采购人：河南省残疾人康复服务中心（河南省康复中心医院）

供货人：郑州品康假肢矫形器技术有限公司

项目名称：河南省残疾人康复服务中心（河南省康复中心医院）7 岁以上残疾人辅助器具适配项目

招标编号：豫财招标采购-2024-631

包号：河南省残疾人康复服务中心（河南省康复中心医院）7 岁以上残疾人辅助器具适配项目 B 包

名称		单位	技术参数	数量
大腿假肢材料	可旋三爪	个	重量 135 克，接头为钛合金，可旋转，三爪为铸件，适合体重 100 公斤，表面上进行抛光处理，外表光洁，无麻点。M8*12 紧定螺丝 4 个，M5*16 连接螺丝 1 个，符合 GB/T18375.5-2004，GB/T18375.6-2004 标准要求。接头要求有阴头和阳头两种，阳	70

			头配套 3-7.5cm 双向接头, 供货配置为阴头和阳头各 35 个。	
	多轴 气压 膝关节	个	整体高度: 200mm; 最大屈膝角度: 约 140° ; 整重: 约 770g; 最大承受体重 100kg。材质: 铝镁合金, 具有安全高效的长力臂四连杆结构, 摆动期控制为气压结构, 要求灵活顺畅。提供有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章, 原件中标后备查。	70
	一体 管	个	材质: 钛合金, 重量 $25 \leq 2$ 克, 管外径 30 毫米, 长度 400 毫米, 壁厚大于等于 2mm, 适合体重 100 公斤, M8 紧定螺丝 4 个。	70

	双轴 动踝 关节	个	材质：钛合金 包装：零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 自重：≤260g；适用体重：≥100Kg；适用于 22cm-28cm 的脚号。均可通过使用硬度不同的后缓冲橡胶块，对假脚位置和最大趾屈角度进行调节。符合国家《下肢假肢通用件》标准要求。表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点。 提供有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件中标后备查。	70
	双孔 动踝 假脚	个	包装：每件独立包装。 说明：规格：≤22cm-28cm，由木脚芯和聚氨酯材料发泡结合制作而成，分左右脚。可根据买方要求随时供货，并能进行左右及号码的调换。	70



丙烯酸硬树脂	桶	规格：4KG/桶、选用高纯度原料生产，只需添加一种粉状固化剂，固化反应不暴聚、无气泡，对碳纤维粘结性好。	15
固化剂	瓶	外观：白色粉状 150g/瓶，配合硬树脂使用脂使用	26
颜色糊	瓶	着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，用量少，不含颗粒状不溶杂质。添加量约为 1%即可达到满意效果，300g/瓶	20
涤纶纱套	千克	涤纶纱套宽度 15cm。1KG/卷，外观清洁，色泽均匀无污渍，纱套无脱丝、脱线，边缘平整，宽度 150MM(允差±5%)，最大拉伸宽度 260mm(允差±5%)。	22
玻纤纱套	千克	规格：≤22cm，1KG/卷。	27
碳纤维沙套	卷	规格：宽度 12cm，1kg/卷	5
成品薄膜	个	规格：≤100cm*25cm*5cm，厚度不低于 0.08MM，薄膜无孔洞、	150

	套		裂纹及杂质。拉伸强度： $\geq$ 25MPa.	
	假肢 悬吊 裤	个	大腿假肢悬吊裤腿围内侧含柔软防滑胶垫，缝制紧密，无脱落，腰围长度规格： $\leq 112\text{cm}$ ，公差 $\pm 2\text{cm}$ ，接受腔大腿围长46cm-50cm。根据患者的接受腔型号分 S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL分左右。假肢悬吊裤内衬面料具备抗菌功能，抑菌率 $\geq 70\%$ ，符合 GB/T 20944. 3-2008 标准要求。	70
	外装 装饰用 假肌肉	个	规格型号：L/M/S 材质：聚乙烯 EVA 材料，装饰软套采用弹性轻质材料，外观平滑整洁。方人体大小腿肌肉外观结构，中间制有适用空洞，便于假肢关节活动不受限，长度： $85\text{cm} \pm 2\text{cm}$ 。	65
	假肢 包装 袜	双	外观着色均匀，表面无刮丝，线丝无脱落，总长 $\geq 40\text{CM}$ 且 $< 60\text{CM}$ 。	120

多孔 自动 气阀	个	阀芯直径 30mm，单向排气。	70
假肢 包装 袋	个	形体饱满，弧线自然，皮革厚薄均匀，无裂面、裂浆，织物主要部位无断经、断纬。包长 102.5cm 公差±1.0cm，上口宽 37cm 公差±1.0cm，下底宽 31cm 公差±1.0cm。	70
假肢 内衬 板	张	规格：≤1500mm*750mm*6mm/张，	30
大腿 假肢 牵引 带	个	用于气阀大腿假肢穿戴使用，近似于大腿形状，S/M/L 三个尺码，底部含小挂钩设计，方便使用。	70
专用 石膏 绷带	卷	规格 150mm*4600mm 成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定(2-5min)、不易受潮、易保存	200

小腿 假肢 材料	四爪 连接 件	个	材质：钛合金 包装：零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 自重：$\leq 54g$；适用体重：$\geq 100Kg$ 说明：表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；符合国家《下肢假肢通用件》标准要求。	70
	锁紧 接头	个	材质：钛合金 包装：零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。 自重：$\leq 78g$；适用体重：$\geq 100Kg$ 说明：表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；管直径为 30mm；符合国家《下肢假肢通用件》标准要求。	70
	一体 化管	根	重量 165 克，钛合金接头，管外径 30 毫米，长度 220 毫米，壁厚大于等于 2mm，适合体重 100 公斤，M8 紧定螺丝 4 个。	70

	碳纤 储能 脚	个	材质：碳纤维，最大承重：160kg，重量约 548 克（含脚皮及四棱锥），结构高度：80mm（含脚套及四棱锥），跟高：10mm，脚皮材质：聚氨酯，脚板长度：22-27 码，全长足底板，等比回应，掌中分趾。 提供有检测资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件中标后备查。	70
	丙烯 酸硬 树脂	桶	规格：4KG/桶、选用高纯度原料生产，只需添加一种粉状固化剂，固化反应不暴聚、无气泡，对碳纤维粘结性好。	12
	固化 剂	瓶	外观：白色粉状 150g/瓶，配合硬树脂使用脂使用	22
	颜色 糊	瓶	着色性好，颜色稳定性好，溶解性好，用量少，不含颗粒状不溶杂质。添加量约为 1%即可达到满意效果，300g/瓶	6
	涤纶 纱套	千克	规格：≤80mm，1KG/卷，纱套外观无断经、断纬，颜色均匀，宽	22

			度不低于 90MM, 最大拉伸宽度 270mm(允差±5%)。	
	玻纤 纱套	千克	规格: ≤18cm, 1KG/卷	27
	成品 薄膜 套	个	规格: 19*5*100cm, 厚度不低于 0.08MM, 薄膜无孔洞、裂纹及杂质。拉伸强度: ≥25MPa	160
	纯棉 残肢 袜	双	纯棉残肢袜外观清洁, 颜色统一均匀, 无脱丝脱线, 总长≥22CM 且<40CM。	160
	小腿 外装 饰用 假肌 肉	个	成品: 软质聚胺酯泡沫塑料制成 规格: 长度: 400mm±5mm 上内径: 30mm±2mm 上外径: 130mm±5mm 下内径: 30mm±2mm 下外径: 210mm±5mm 小腿成品海绵。	70
	小腿 假肢 包装 袜	双	①材质: 丝纺织材料②规格: 长度 38cm、③性能描述: 弹性高, 回弹好。不易变形。	80

1000 mm x 1000 mm

	假肢 内衬 板	张	规格：≤1500mm*750mm*6mm/张。	25
	假肢 包装 袋	个	规格：≤高 68×宽 35×10cm 厚	70
	碳纤 维沙 套	卷	规格：宽 9cm，1kg/卷	15
	专用 石膏 绷带	卷	规格 150mm×4600mm 成型后强度大、坚挺、不回潮、固化快、固化时间稳定(2-5min)、不易受潮、易保存。	200
矫形 器装 配服 务 133 人	静态 踝足 矫形 器	AFO-CF-S1-PK04	聚丙烯板材成型，按照残障人士实际需求进行个性化定制，制作工艺及技术符合国家及行业的有关标准和规范要求。	/
	动态 踝足 矫形 器	PK-XZJXQ-2-D	聚丙烯板材成型，按照残障人士实际需求进行个性化定制，根据不同的年龄段及技术要求踝关节选用金属材质或尼龙材质，满足残障人士背屈或跖屈可控的	/

			要求, 制作工艺及技术符合国家及行业的有关标准和规范要求。	
	矫形鞋	FO-NW-E1-PK01	根据残障人士的评估结果和实际需求进行个性化定制, 质量及工艺符合 GB/T43416-2023 的要求, 配置符合残障情况的矫形鞋垫。最少使用 2 年以上。	/
	膝部矫形器	PK-XZJXQ-3-A	聚丙烯板材成型, 按照残障人士实际需求进行个性化定制, 制作工艺及技术符合国家及行业的有关标准和规范要求, 根据评估情况选配各种功能的膝铰链。	/
	膝踝足矫形器	PK-XZJXQ-4-B	聚丙烯板材成型, 按照残障人士实际需求进行个性化定制, 制作工艺及技术符合国家及行业的有关标准和规范要求, 按照残疾类型选配各种功能的膝铰链和踝铰链。	/
	上肢矫形	PK-SZJXQ-4-A	聚丙烯板材成型, 按照残障人士实际需求进行个性化定制, 制作	/

	器		工艺及技术符合国家及行业的 有关标准和规范要求，按照残疾 类型选配各种功能的膝铰链。
耗材	1、假肢装配专用工具（含T型内六方扳手4套、割管器3个、狮子及一字螺丝刀各5个、电工胶布20卷、医用白胶布30卷）；2、取型工具（含凡士林10桶、裁缝剪5把、裁纸刀10把、取型笔20支、取型袜50双、保鲜膜20卷）3、修型工具（石膏调刀10个、半圆锉15把、圆挫5个、纱网两种规格各一卷）。		

验收意见：以上产品经公开招标与供应商签订合同，现已全部到位入库，由相关人员组成验收小组，质量合格，符合技术参数要求，通过验收。

验收小组人员（签字）：李海燕

李海燕 魏峰

验收单位：河南省残疾人康复服务中心（河南省康复中心医院）（公章）



2024年09月18日