

Cat plus 参数

	X 线球管：
1	最大连续透视功率 $\geq 3000\text{W}$
2	最大透视管电流 $\geq 250\text{mA}$
3	球管阳极连续高速旋转，转速 ≥ 9000 转/分，包括透视及采集
*4	阳极热容量 $\geq 3.375\text{MHU}$
5	管套热容量 $\geq 4.9\text{MHU}$
6	阳极最大散热功率 $\geq 6500\text{W}$
*7	球管焦点 ≥ 3 个
8	最小焦点 $\leq 0.3\text{mm}$
9	最小焦点功率 $\leq 19\text{KW}$
10	为提升连续透视功率，要求中焦点采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术
11	为提升透视图像质量，要求中焦点可实现标准正方形
12	中焦点 $\leq 0.6 \times 0.6\text{mm}$
13	中焦点功率 $\leq 42\text{KW}$
14	最大焦点 $\geq 1.0\text{mm}$
15	最大焦点功率 $\geq 90\text{KW}$
16	球管带有防碰撞保护装置
17	球管采用油冷加水冷的冷却方式
18	球管采用液态金属轴承技术
19	提供原厂球管证书