

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	何建	
	职称:	主	
	工作单位:	河南中医药大学	
项目信息	项目名称:	郑州大学第二附属医院介入手术室西门子 DSA 原厂球管 1 套采购项目	
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	该院介入球管要用于该院 西门子 Artis zoo II floor 血管机上 因各家 DSA 球管重量、尺寸、电压 电流及软件通讯均不一致，故只 能采用西门子的原厂球管。西门 子医疗系统有限公司是西门子生产厂授权 在中国唯一销售该球管的经销商， 符合政府采购法三十一条款之规定。因此 采用单一来源方式采购。		
专业人员签字	何建	日期	2024年10月31日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。