

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张永	
	职称: 高工	
	工作单位: 洛阳市质检中心	
项目信息	采购项目名称: 伊川县人民医院飞利浦16排CT球管购置项目	
	项目预算金额: 42.00万元	
	供应商名称: 北京天勤安捷技术发展有限公司	
专业人员 论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 球管是CT机的主要部件, 更换原厂品牌球管, 能够更好保障其设备兼容性, 保证设备安全正常运行。北京一半健康科技有限公司是飞利浦(中国)投资有限公司在中国区销售飞利浦球管的唯一总经销商, 北京天勤安捷技术发展有限公司是经授权的唯一经销商(河南), 符合单一来源采购要求, 建议采用单一来源采购方式采购。	
专业人员签字	张永	日期: 2020年 11月 1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专家手工填写。