

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨建英	
	职称: 教授	
	工作单位: 河南科技大学	
项目信息	采购项目名称: 伊川县人民医院飞利浦16排CT球管购置项目	
	项目预算金额: 42.00万元	
	供应商名称: 北京天勤安捷技术发展有限公司	
专业人员 论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由, 应包含对市场分析、专利、专有技术的分析等) 飞利浦16排CT球管购置项目中该型号球管极限曝光时间为25万秒, 市场能满足的仅有35万秒, 超极限使用, 易老化等要求建议采用“单一来源”方式购买。 北京一卓健康科技发展有限公司是飞利浦(中国)投资有限公司在中国区销售该产品的唯一总经销商, 而北京天勤安捷技术有限公司是该公司经授权的该产品的唯一代理商。 总之, 建议由“北京天勤安捷技术有限公司”提供该产品, 采取“单一来源”方式购买。	
专业人员签字	杨建英	日期: 2024 年 11 月 10 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专家手工填写。