

伊川县人民医院飞利浦 16 排 CT 球管购置项目

论证报告

一、基本情况：

(一)项目名称:伊川县人民医院飞利浦 16 排 CT 球管购置项目

(二)采购人:伊川县人民医院

(三)采购代理机构:河南高星工程咨询有限公司

(四)预算金额:42 万元

二、论证时间:2024 年 11 月 01 日

三、论证专家名单:蔡美丽、杨建英、张涛。

四、原因阐述：

伊川县人民医院现用飞利浦 16 排 CT，该型号球管极限曝光为 25 万秒，目前现用球管已累计曝光 39.5 万秒，超极限使用，由于球管属于易耗品，因此出现球管老化、无法曝光现象，已无法满足日常工作需要，严重影响群众正常就医。为尽快完成维修，现特申请紧急采购飞利浦 16 排 CT 专用球管。

北京一卓健康科技有限公司是飞利浦（中国）投资有限公司在中国区销售飞利浦 CT 球管的唯一总经销商，而北京天勤安捷技术发展有限公司是该公司经授权的针对本产品的唯一代理商。

综上所述，由于北京天勤安捷技术发展有限公司为本产品的唯一代理商，因此本次采购建议采用单一来源方式。

五、论证结果:详见各专家意见表。

六、论证报告签字：

专家组签字：

杨建英 蔡美丽 张涛

2024 年 11 月 01 日