

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张晋	
	职称：工程师	
	工作单位：郑大五附院	
项目信息	项目名称：郑州大学第二附属医院介入手术室西门子 DSA 原厂球管 1 套采购项目	
	供应商名称：西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	DSA 球管为 DSA 内部主要部件，属于核心部分，对机器使用寿命、运行状态及图像质量起着非常重要的作用，有严格的精确定位匹配性要求，且相关电路均是围绕球管的运行设计，经厂家测试认可后方可使用，否则会导致机器回路损坏。因此同意采购原厂球管。	
专业人员签字	张晋	日期 2024 年 10 月 31 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。